	PROCEDURE	PG SPI-SUR 003 v1	
	SEQUESTRATION D'UN ENDOSCOPE OU DE MATERIEL CHIRURGICAL	2003	1/3

OBJET

Assurer le respect de la procédure de séquestration d'un endoscope ou matériel chirurgical lors de la mise en évidence d'un patient suspect ou atteint de maladie de Creutzfeldt-Jakob.

DOMAINE D'APPLICATION

L'ensemble des services pratiquant des actes d'endoscopie ou de chirurgie

PERSONNEL CONCERNE

Médecins, IDE, UHLIN, Bactériologiste, Ingénieur biomédical

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

- Décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier
- Circulaire DGS/DH n°100 du 11 décembre 1995 relative aux précautions à observer en milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, modifiée
- Circulaire DGS/DH n°236 du 2 avril 1996 relatives aux modalités de désinfection des endoscopes dans les lieux de soins, modifiée
- Circulaire DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors de soins en vue de réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels

Références internes

- Procédure d'entretien du matériel d'endoscopie gastrique, mode opératoire N°4
- Procédure d'entretien du matériel d'endoscopie bronchique, mode opératoire N°4
- Élimination des déchets
- Procédure de prise en charge du matériel par la stérilisation centrale

LISTE DES ANNEXES

Fiche de suivi


DEFINITIONS ET ABREVIATIONS


DASRI : déchets d'activités de soins à risque infectieux

INDICATEURS

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
UHLIN	25/04/03	Président de CLIN		Ingénieur qualité	

PROCEDURE DE SEQUESTRATION D'UN ENDOSCOPE OU DE MATERIEL CHIRURGICAL 2/3

QUI	fait	et	COMMENT
	<pre> graph TD Start([Formaliser la procédure de séquestre]) --> Step1[Prévenir l'UHLIN] Step1 --> Step2((1) Retirer l'endoscope du circuit) Step2 --> Step3[Identifier le patient] Step3 --> Step4((2) Rédiger la fiche de suivi) Step4 --> Step5((3) Stocker l'appareil séquestré) Step5 --> Step6[Déposer la fiche de suivi] Step6 --> Step7((4) Réaliser le suivi) Step7 --> Step8[Transmettre les informations] Step8 --> Step9[Clôturer le dossier] Step9 --> Step10[Archiver les documents] Step10 --> End([Fin de la procédure]) </pre>		 <p>- Entretien du matériel d'endoscopie digestive et/ou gastrique, MO 4</p>
IDE endoscopie			4586 / 6091
IDE endoscopie			- Déposer l'endoscope dans un sac transparent
IDE endoscopie			- Coller l'étiquette «patient» sur le sac transparent
IDE endoscopie et UHLIN			
IDE endoscopie			- à l'UHLIN
Médecin Hygiéniste			
Médecin Hygiéniste			- au président du CLIN - à l'ingénieur biomédical
Médecin Hygiéniste			
Médecin Hygiéniste /IDEH			- à l'UHLIN

	PROCEDURE	PG SPI-SUR 003 v1	
	SEQUESTRATION D'UN ENDOSCOPE OU DE MATERIEL CHIRURGICAL	2003	1/3

1- RETIRER L'ENDOSCOPE DU CIRCUIT OU LE MATÉRIEL CHIRURGICAL

Déposer l'appareil dans un sac transparent,
 Identifier l'appareil : numéro et type de matériel.
 Identifier le matériel

2- REDIGER LA FICHE DE SUIVI

Coordonnées du patient : nom, prénom, date de naissance
 Coordonnées de l'examen ou type d'intervention : date, heure, numéro de l'endoscope
 Fiche archivée dans un classeur à UHLIN

3- STOCKER L'APPAREIL SEQUESTRE

Pour l'endoscope:
 Apporter l'appareil dans son sac transparent au laboratoire qui le déposera à l'endroit réservé à cet effet

Pour le matériel autoclave:
 stocker le matériel en stérilisation dans une armoire réservée à cet effet

4- RÉALISER LE SUIVI

Devenir du patient : sortie, mutation ou décès
 Confirmation du diagnostic :

- oui = destruction du matériel par incinération (DASRI)
- non = retour dans le circuit après réalisation de la procédure d'entretien MO1 ou autoclavage pour le matériel chirurgical

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
UHLIN	25/04/03	Président de CLIN		Ingénieur qualité	