	<b>PROCEDURE GESTION DU DISPOSITIF DE SONDAGE VÉSICAL CLOS</b>	<b>MO SPI-PRE 002 V2</b>	
		09/2003	1/4

## OBJET

Mise en place et vidange aseptique d'un système de drainage clos vésical permettant la réduction des infections nosocomiales urinaires liées au sondage.

## DOMAINE D'APPLICATION

Ensemble des services de soins du Centre Hospitalier de TOURCOING

## PERSONNEL CONCERNE

I.D.E. pour la mise en place du dispositif de sondage clos  
A.S. pour la vidange

## REFERENCES

### *Références législatives, réglementaires et normatives*

- 100 Recommandations (N° 67 à 72), 1999
- Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession infirmier (articles 5 et 6).
- Conférence de consensus sur les infections urinaires nosocomiales SPILF – AFU, novembre 2002

### *Références internes*

- Recommandation relative au lavage des mains
- Recommandation relative à l'utilisation de la SHA
- Procédure d'élimination des déchets (protocole n°4)

## LISTE DES ANNEXES

annexe 1 : Grille d'évaluation de la mise en place du sondage clos


## DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

A.S. : Aide-soignante  
I.D.E : Infirmier Diplômé d'Etat  
L.A. : Lavage antiseptique des mains  
L.S. : Lavage simple des mains  
S.H.A. : Solution Hydro-alcoolique  
S.V.C. : Sondage vésical clos

## INDICATEURS

Pourcentage de grilles d'évaluation conformes à la procédure

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
Correspondants hygiène UHLIN: V. LEFEBVRE		M. CAILLAUX : vice- présidente du CLIN UHLIN : M. VANHUFFEL Cadre de santé hygiéniste		O. MUNSCH : Directeur qualité	

QUI	fait	et
<p>IDE</p>	<p style="text-align: center;"><b>COMMENT</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Mise en place du SVC</p> <p>↓</p> <p>1 Préparer le matériel</p> <p>↓</p> <p>2 Respecter les recommandations</p> <p>↓</p> <p>3 Effectuer la déterSION</p> <p>↓</p> <p>4 Effectuer la désinfection</p> <p>↓</p> <p><b>Préconnecter</b> la sonde et le sachet</p> <p>↓</p> <p>Procéder au sondage</p> <p>↓</p> <p>Eliminer les déchets</p> <p>↓</p> <p>Effectuer les transmissions</p> <p>↓</p> <p>Le S.V.C. Est en place</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Protocole N°4</p>

## 1- PREPARER LE MATERIEL

---

### PRE-REQUIS AU NIVEAU DES ANTISEPTIQUES :

Utiliser en priorité la gamme « povidone iodée »

Utiliser la gamme « chlorhexidine » si connaissance d'allergie à l'iode

Utiliser le Dakin® en dernier recours

DETERSION	DESINFECTION	SONDAGE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuvette</li> <li>• Gant de toilette et serviette propres</li> <li>• Une paire de gants non stériles</li> <li>• Un flacon de savon antiseptique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un set de sondage</li> <li>• Un champ plein et un champ fendu stériles</li> <li>• Une paire de gants stériles</li> <li>• Un flacon de solution antiseptique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une sonde vésicale de charrière adaptée</li> <li>• Un sachet de drainage clos</li> <li>• Une paire de gants stériles</li> <li>• Un support sachet</li> </ul>

A disposition : matériel pour L.S., L.A. ou SHA;

## 2- RESPECTER LES RECOMMANDATIONS

---

- Le matériel doit être déposé sur un plan de travail propre (décontaminé / désinfecté au Surfanios® [une pression pour 5 litres d'eau])
- Un L.S. doit être effectué en début de séquence.
- Respecter la même gamme de produit pour les phases de déterSION et de désinfection.
- Pour maintenir le sondage clos, **le sachet et la sonde ne doivent jamais être déconnectés.**

## 3- DETERSION

---

- Effectuer un L.S.
- Enfiler les gants non stériles
- Procéder à la déterSION selon les principes suivant :
  1. Savonnage au savon antiseptique
  2. Rinçage
  3. Séchage
- Enlever et jeter les gants

## 4- DESINFECTION

---

- Ouvrir le set de sondage
- Verser la solution antiseptique dans la cupule
- Effectuer un L.A. ou appliquer une dose de S.H.A.
- Enfiler les gants stériles
- Procéder à la désinfection
- Enlever et jeter les gants
- Procéder à l'hygiène des mains

### N.B. : La vidange du sachet doit se faire de manière aseptique :

- Hygiène des mains
- Port de gants non stériles
- Utilisation de compresse non stérile imbibée d'antiseptique
- Ne pas toucher les bords du bocal lors de la vidange
- Repositionner l'extrémité du dispositif dans l'encoche prévue à cet effet.

<b>GRILLE D'EVALUATION MISE EN PLACE DU SONDAGE VESICAL CLOS</b>
--

SERVICE:

DATE:

:

SITUATIONS	OUI	NON	OBSERVATIONS
Effectuer un L.S.			
Réaliser la détertion: savonner, rincer, sécher (si une étape n'est pas respectée réponde Non)			
Effectuer un L.A. ou appliquer une dose de S.H.A.			
Enfiler une paire de gants stériles			
Procéder à la désinfection de la zone uro-génitale			
Effectuer un L.A. ou appliquer une dose de S.H.A.			
Enfiler une paire de gants stériles			
Connecter sonde et collecteur d'urine			
Effectuer un L.S.			